

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE,
SUDDIVISA IN LOTTI, DI SIRINGHE STERILI MONOUSO**

RISPOSTE A QUESITI N. 1

QUESITI	RISPOSTE
Una Società richiede, relativamente al lotto n. 4 -siringhe per emogasanalisi- se le siringhe devono essere provviste o meno di relativo ago e, se sì, di quale misura	Le siringhe devono essere provviste di ago. Il prodotto attualmente in uso ha le seguenti caratteristiche: 3 CC + AGO 23 G x 1" (0.6 x 25 mm)

Voghera, lì 02.02.2010