

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE,
SUDDIVISA IN LOTTI, DI SIRINGHE STERILI MONOUSO

RISPOSTE A QUESITI N. 2

QUESITI	RISPOSTE
E' confermato -relativamente al lotto n. 1- che le siringhe da ml. 10 cono eccentrico senza ago devono avere attacco luer-lock e la divisione a 0,20 ml?	<p>Lotto 1. NO. Per mero errore materiale alla pag. 5 del capitolato speciale è stato indicato "10 ml cono <u>luer</u> 0,50 ml" anziché la descrizione corretta che "10 ml cono <u>eccentrico</u> 0,50 ml" coerentemente con la descrizione del lotto 1 riportata all'art. 1. L'articolo "siringa ml 10 cono centrale ago 20 G" ha la medesima suddivisione minima delle scale.</p> <p>Lotto 1. Relativamente all'articolo "siringa per insulina 1 ml" si riporta la suddivisione corretta delle scale: graduazione sino a 100 unità; suddivisione minima: 2 unità. Questa descrizione sostituisce quella inserita nel capitolato, alla pag. 5, ultimo paragrafo dal titolo "parti componenti" e riferita alla siringa 1 ml</p> <p>Lotto 1. A pag. 6 la descrizione "10 ml cono luer lock 0,20" deve intendersi non apposta.</p> <p>A pag. 6 la descrizione "100 ml 1,00 ml" è sostituita con la seguente descrizione "100 ml, 2,00 ml"</p>

Voghera, lì 03.02.2010