

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE,  
SUDDIVISA IN LOTTI, DI SIRINGHE STERILI MONOUSO**

**RISPOSTE A QUESITI N. 3**

<b>QUESITI</b>	<b>RISPOSTE</b>
Una Società richiede relativamente al lotto n. 1: -le siringhe da 20 ml senza ago devono avere il cono luer o il cono lock? -per quanto riguarda le siringhe da 10 ml con e senza ago con scala da 0,50 ml- la scala da 0,2 (migliorativa) è motivo di esclusione	-Le siringhe da 20 ml senza ago devono avere il cono eccentrico -La scala da 0,2 non è esclusa tuttavia si precisa che la scala preferenziale è quella richiesta dal capitolato
Una Società richiede se la documentazione tecnica deve essere presentata sia nella busta contrassegnata dalla lettera "B" sia allegata alla campionatura	Si invita ad attenersi a quanto prescritto dal disciplinare di gara sia per quanto riguarda la documentazione prevista dalla busta "B" sia per quanto riguarda la campionatura
Una Società richiede relativamente ai lotti nn. 2 e 3 se le siringhe da 30 e 50 ml luer lock devono essere ambrate o possono essere "normali"	Come indicato nel capitolato speciale, le siringhe da 30 e 50 ml luer lock devono essere trasparenti od opache

Voghera, lì 19.02.2010