

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE,  
SUDDIVISA IN LOTTI, DI SIRINGHE STERILI MONOUSO**

**RISPOSTE A QUESITI N. 5**

<b>QUESITI</b>	<b>RISPOSTE</b>
Una Società richiede, relativamente al lotto n. 1 se si possono offrire le siringhe insulina ml. 1 - 25 G con ago montato non saldato	Si, è possibile
Una Società richiede: 1) nell'art.3 del capitolato speciale è riportato che sull'etichetta ci deve essere il nome del produttore e del distributore: è motivo di esclusione dalla gara? (poiché in Italia ci sono più distributori è praticamente impossibile riportarne il nominativo) 2) E' pena di esclusione l'assenza del codice a barre sulla confezione? 3) Il gommino della siringa può essere latex free? 4) E' riportato che le siringhe devono essere autoprotette: cosa significa? 5) Si osserva che tutte le scale delle siringhe sono resistenti ai disinfettanti a meno che si usino solventi.	1) No, non è motivo di esclusione 2) Non è causa di esclusione l'assenza del codice a barre sulla confezione. Tuttavia le Ditte dovranno indicare le modalità utilizzate per l'identificazione del prodotto confezionato 3) Vengono accettati sia il latex-free sia la gomma naturale 4) Autoprotette significa che la sterilità deve essere garantita dai due tappi fissati all'estremità della siringa. Tale richiesta è da riferirsi ai confezionamenti non singoli 5) Si prende atto dell'osservazione

Voghera, lì 1°03.2010