



## **AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA**

*Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA*

*Tel. 0382 530596 - Telefax 0382 531174*

*www.ospedali.pavia.it*

### **Procedura aperta, in forma telematica, per la fornitura di BENDAGGI GASTRICI occorrenti all'Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia per il periodo di anni cinque**

In riscontro alle richieste di chiarimenti inoltrate in merito alla procedura concorsuale in argomento si comunica quanto segue:

#### **Quesito 1):**

Chiediamo chiarimenti in merito alla procedura in oggetto ed in particolare alla dicitura "riduzione diametro interno fino a 0 (zero)" presente nel capitolato speciale all'art. 4 dove vengono descritte le caratteristiche tecniche dei prodotti:

Nello specifico si chiede cosa si intende e quale sarebbe l'utilità di tale specifica, in considerazione del fatto che all'interno del bendaggio gastrico, per quanto venga stretto, vi è sempre la parete dello stomaco.

#### **Risposta:**

La camera di regolazione svuotata dall'aria deve collabire ed aderire perfettamente allo scheletro del bendaggio, L'utilità per l'operatore consiste nel conoscere che non esistono frapposizioni tra scheletro del bendaggio e parete dello stomaco.

#### **Quesito 2):**

In riferimento alla presentazione dell'offerta economica, sul disciplinare di gara, capitolo 5.4, viene richiesto di scaricare direttamente dalla piattaforma Sintel il file .xls denominato "Scheda d'offerta – Dettaglio prezzi unitari". Il file richiesto è stato pubblicato sulla piattaforma Sintel sono in formato .pdf."

Chiediamo, quindi, che venga caricato il file richiesto in formato .xls.

#### **Risposta:**

Si conferma che dovrà essere compilata la scheda d'offerta pubblicata in piattaforma ovvero la riproduzione della stessa

#### **Quesito 3):**

In merito al Capitolato Speciale art. 3 pag. 4 "Descrizione prodotto" si chiede se gli aghi di Huber, così come il tubo calibratore, possono essere forniti separatamente e quindi non confezionati a kit-

#### **Risposta:**

Come indicato nel Capitolato Speciale art. 3 pag. 4 gli aghi di Huber e il tubo calibratore possono essere forniti separatamente purchè compresi nel prezzo del kit stesso.

#### **Quesito 4):**

In merito al Disciplinare di gara Capitolo 7 art. 15 "Criteri di valutazione qualitativa" viene riportato "tenuta della valvola durante ripetute forature".

In merito a tale caratteristica si chiede di voler precisare come è possibile effettuarne la valutazione essendo le regolazioni effettuate, su bendaggio impiantato, in un lasso temporale dilatato.

#### **Risposta:**

E' possibile simulare con prove tecniche.

f.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Arch. Luciano DE CASTRO)